

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

13/04/2022

İlan No : 2022-04-1160
İstem No : 64219
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 15/04/2022 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	LAMBA, XENON	1	Adet					
2	AMPÜL, XENON, 300 WATT	3	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU

Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : SOĞUK IŞIK KAYNAĞI 4 ADET Marka : FUJINON / PENTAX Model : XL4450 / EPK100 Seri No :				
ENDOSKOPI ÜNİTESİ	<table border="1"><tr><td>Garantili</td><td>Bakım Sözleşmeli</td></tr><tr><td>Var [] Yok [X]</td><td>Var [] Yok [X]</td></tr></table>	Garantili	Bakım Sözleşmeli	Var [] Yok [X]	Var [] Yok [X]
Garantili	Bakım Sözleşmeli				
Var [] Yok [X]	Var [] Yok [X]				
Tarih: 07.04.2022					



Açıklama;

Cihazların ampül kullanım saatleri dolmuştur bu bağlamda ampül şiddeti azalmıştır. Xenon ampüllerin yenisi ile değişimi gerekmektedir.

- 1 Adet pentax marka epk100 model uyumlu ampül
- 3 Adet fujinon marka xl4450 model uyumlu ampül

Gerekli Yedek Parçalar:

Doğrudan tüketim . Parça fiyat listesi yoktur.

Teknik Servis Personeli	Teknik Servis Sorumlusu	Onay
 Nurettin DİNÇER Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 Kayhan BİKİYAN Mersin Üniversitesi Hastanesi Teknisyen	 Hasan BİLEN Hastane Müdür Yardımcısı V.

Açıklama	
-----------------	--