

**T.C.**  
**MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**  
**DÖNER SERMAYE İŞLETME**  
**TEKLİF İSTEME FORMU**

24/10/2019

İlan No : 2019-10-4615  
İstem No : 50554  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama  
Konu : SARF MALZEME ALIM

43

Talep Edilen Hasta :

**Son Teslim Tarihi & Saat : 28/10/2019 12:00:00**

| S.No | Malzeme Açıklaması | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|--------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | İĞNE, VACUTAINER   | 50000  | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 2    | KÜLTÜR ÇUBUĞU      | 1500   | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 3    | LANSET, METAL      | 6000   | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 4    | GALOŞ              | 55000  | Adet  |             |              |       |          |                    |

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## 1. LANSET, METAL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tekli ambalajlı paketlerde olmalıdır.
2. Uç kısmı cildi tahriş edecek şekilde pütürlü olmamalıdır.
3. Paslanmaz çelikten olmalıdır.

Uzm. Hemş. Zeynep N. ÇAVDAR  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Başhemşire Yardımcısı

Hemş. Gülümse AĞAP  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Hemşirelik Mer. Koordinatörü

Handwritten signature

## 1. İĞNE, VACUTAINER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Disposable ve steril olmalıdır.
2. İğneler çift uçlu olmalı; iğnelerin tüpe giren kısmında aynı hastadan birden fazla numune alınabilmesini sağlayan ve lateks içermeyen kan sızdırmayacak yapıda kauçuk sübap bulunmalıdır. Plastik sübap ile kaplı iğne tüp kapağını kolayca delmeli ve iğne tüpten kolayca çıkmalıdır.
3. Aynı hastadan birden fazla tüpe kan alınması esnasında damlamaya ya da geri atmaya sebebiyet vermemelidir.
4. İğnelerin her iki kısmının da ayrı kapaklı olması gereklidir.
5. İğne yüzeyi, sürtünmeyi ve hastaya vereceği acıyı azaltmak üzere silikonla kaplanmış olmalıdır.
6. Damara giren iğne ucu künt ve ağrıya sebep verecek şekilde çapaklı olmamalı, acıyı en aza indirecek şekilde lazerle keskinleştirilmiş olmalı, cildi travmatize etmeyecek şekilde kolayca damara girebilmeli ve tıkanmamalıdır.
7. İğnelerin kapakları üzerinde bulunan ve açıldığında yırtılacak şekilde yerleştirilmiş olan etikette sterilite işareti, lot numarası ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
8. İğnelerin kapakları 21G iğne için yeşil renkte olmalıdır.
9. İğneler ile beraber 500 adet holder verilmelidir.
10. İğne uçlarıyla verilecek olan holder iğneye uyumlu olmalı, kan alma işlemi sırasında tüp geri kaçmamalı, iğne holderdan ayrılmalıdır. Şeffaf olmalı, kan akışı izlenebilmelidir.
11. Denenmesi için iğne ve holder numunesi birlikte getirilmelidir.

Uzm. Hemş. Raziye Nurşen ÇAVDAR  
MELİ SAGLIK Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Hemşire Yardımcısı

Hemş. Özkaner LAĞAP  
MELİ SAGLIK Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Hemşirelik Uzm. Koordinatörü

## 1. GALOŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Galoşlar 35 ile 46 numara ayakkabılarda giyilebilecek şekilde olmalıdır.
2. Hammaddesi orijinal naylon olup kaliteli ve sağlam plastikten yapılmış olmalıdır.
3. Galoşlar uzun müddet yıpranmadan kullanabilme özelliğine sahip olmalıdır.
4. Dikişleri gerilmeye dayanıklı olmalı, lastik kısmı kaliteli malzemeden olmalı ve yırtılmamalıdır.

Uzm. Hems. Raziye Nurşen ÇAVDAR  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Başhemşire Yardımcısı

Hems. Gülşen LAĞAP  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Hemşirelik Hizm. Koordinatörü

mikrobiyoloji

## 1. KÜLTÜR ÇUBUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kültür çubuğu tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
2. Materyalin alınabilmesi için ucu pamuklu steril bir silgeci olmalıdır.
3. Materyal alındıktan sonra saklanabilmesi için jelli saklama tüpü olmalıdır.

Prof. Dr. Mustafa BELIALIOĞLU  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.  
Dip. No: 814

Prof. Dr. Candan ÖZTÜRK  
MEÜ. Tıp Fakültesi  
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.  
Öğretim Üyesi  
Dip. No: 814