

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

27/05/2022

İlan No : 2022-05-1713
İstem No : 64815
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIM

EB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 31/05/2022 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KOTER PLAĞI, DISPOSABLE, PEDİATRİK	400	Adet					
2	MUSLUK, ÜÇ YOLLU	3000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TITUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Şerdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1-KOTER PLAĐI, DİSPOSABLE, PEDİATRİK TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Kurumumuzda mevcut Covidien marka cihazla uyumlu olması gerekmektedir.
2. Koter plakları çift çıkışlı olmalı ve plađın iletken kısmı birbirinden ayrı iki bölümünden oluşmalı çocuklarda kullanılmaya uygun boyutlarda olmalıdır.
3. Kendinden yapışkanlığı yüzeyi ile hastanın derisine tam temas sağlanmalıdır.
4. Cilde zarar vermeyecek şekilde yapılandırılabilir ve çıkartılabilir olmalıdır.
5. Her türlü sıvı temasında deriye tutunmayı sürdürmeli ve işlevini korumalıdır.
6. Çıkarıldığında iz bırakmamalı, alerjik reaksiyonlara yol açmamalıdır.
7. Hasta vücuduna temas ettiğinde minimal elektriksel direnç oluşturmalıdır.
8. Plaklar steril tekli ambalajlarda olmalıdır.
9. Plađın iletkenliği maksimum seviyede olmalıdır.

Dr. Öğrt. Üyesi Caner İSİKİN
Mersin Üniversitesi Hastahanesi
Merkezi Çocuk Cerrahisi A.B.D.
Dip. Tes. No.: 134299 Uzm. Tes. No.: 089248

Dr. Öğrt. Üyesi İsa KILICI
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Çocuk Cerrahisi A.B.D.
Dip. Tes. No.: 113992

2-MUSLUK, ÜÇ YOLLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sağlam plastik maddeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Her üç yöne de kolay akım sağlayabilmelidir.
3. Herhangi bir sızıntı yapmamalıdır.
4. Her çeşit iğne ucuna, kateter ve serum setine uyumlu olmalı ve vida kısmı sadece el yardımıyla açılmalıdır.


Uzm. Hemş. Müjde MORAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başhemşire Yardımcısı


Gülcan TÜRKMEN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başhemşire Yardımcısı