

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

07/10/2022

İlan No : 2022-10-3175
İstem No : 66466
Alım No :
Talep Eden Birim : Tüp Bebek Merkezi(Ü.Y.T.M.) / Tüp Bebek Günübirlik
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 11/10/2022 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	HÜCRE KÜLTÜR MEDYUMU, TEK BASAMAKLI	1	Adet					
2	FERTİLİZASYON MEDYUMU, HSA'LI	1	Adet					
3	GAMET HAZIRLAMA MEDYUMU, HSA'LI	1	Adet					
4	BÖLÜNME EVRESİ EMBRİYO KÜLTÜR MEDYUMU, HSA'LI	1	Adet					
5	BLASTOKİST KÜLTÜR MEDYUMU, HSA'LI	1	Adet					
6	MEDYUM KAPLAMA YAĞI	4	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-**Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1. TEK BASAMAKLI HÜCRE KÜLTÜR MEDYUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Döllenmeden blastokist aşamasına kadar embriyo kültürüne uygun olmalıdır.
2. Time-Lapse embriyo görüntüleme sistemleri için özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Bikarbonat tamponlu olmalıdır.
4. Hyaluronan içermelidir.
5. HSA içermelidir.
6. EDTA içermelidir.
7. HEPES içermemelidir.
8. Gentamisin içermelidir.
9. Sodyum sitrat içermelidir.
10. Metionin ve lipoik asit içermelidir.
11. Phenol red içermemelidir.
12. 37°C ve %6 CO₂ ile inkubasyondan sonra kullanıma hazır olmalıdır.
13. 30 ml'lik şişelerde olmalıdır.
14. Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalıdır.
15. Üretimden sonra 12 haftalık raf ömrü olmalıdır.
16. pH:7,30 +/- 0,1; osmolalite 270 +/- 5 olmalıdır.
17. Sterilite SAL 10⁻³ düzeyinde olmalıdır.
18. Bakteriyel endotoxin < 0,25 EU/ml olmalıdır.
19. Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalıdır.

2. FERTİLİZASYON MEDYUMU (HSA'LI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Döllenmeye uygun olmalıdır.
2. Bikarbonat tamponlu olmalıdır.
3. Hyaluronan içermelidir.
4. Phenol red içermemelidir.
5. Gentamisin içermelidir.
6. Fruktöz içermelidir.
7. 60 ml'lik şişelerde olmalıdır.
8. Albümin kaynağı içermelidir.
9. HSA ilave edilmiş, kullanıma hazır olmalıdır.
10. Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalıdır.
11. 37°C ve %6 CO₂ ile inkubasyondan sonra kullanıma hazır olmalıdır.
12. PH:7,30 +/- 0,1; osmolalite 273 +/- 5 olmalıdır.
13. Sterilite SAL 10⁻³ düzeyinde olmalıdır.
14. Bakteriyel endotoxin < 0,25 EU/ml olmalıdır.
15. Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalıdır.

3. GAMET HAZIRLAMA MEDYUMU(HSA'LI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İnkubator dışında gametlere uygun ortamı sağlamalıdır.
2. Oosit eldesi, denüdayon ve mikroenjeksiyon işlemleri için uygun olmalıdır.
3. MOPS tamponlu olmalıdır.
4. Oda atmosferinde pH düzeyini dengelemelidir.
5. Phenol red ve HEPES içermemelidir.
6. Gentamisin içermelidir.
7. Hyaluronan içermelidir.
8. Lipoik asit içermelidir.
9. 125 ml'lik şişelerde olmalıdır.
10. Albümin kaynağı içermelidir.
11. HSA ilave edilmiş kullanıma hazır olmalıdır.
12. Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalıdır.
13. 37°C de dengeleme sonrası kullanıma hazır olmalıdır.
14. pH:7,30 +/- 0,1; osmolalite 265 +/- 5 olmalıdır.
15. Sterilite SAL 10⁻³ düzeyinde olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Selim TAĞA
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Üretilen (Biyotek) Merkezi
Dis. Tes. No.: 143

Prof. Dr. Can Sait YAZICI
MEÜ Sağlık Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Dip. Tes. No.: 83910

16. Bakteriyel endotoksin < 0,25 EU/ml
17. Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalıdır.

4. BÖLÜNME EVRESİ EMBRİYO KÜLTÜR MEDYUMU(HSA'LI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Döllenmeden sonra 6-8 hücre aşamasına kadar embriyo kültürüne uygun olmalıdır.
2. Bikarbonat tamponlu olmalıdır.
3. Hyaluronan içermelidir.
4. EDTA içermelidir.
5. HEPES içermemelidir.
6. Gentamisin içermelidir.
7. Phenol red içermemelidir.
8. Lipoik asit içermelidir.
9. 37°C ve %6 CO₂ ile inkubasyondan sonra kullanıma hazır olmalıdır.
10. 30 ml'lik şişelerde olmalıdır.
11. Albümin kaynağı içermelidir.
12. HSA ileve edilmiş kullanıma hazır olmalıdır.
13. Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalıdır.
14. pH:7,30 +/- 0,1; osmolalite 261 +/- 5 olmalıdır.
15. Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalıdır.
16. Bakteriyel endotoksin < 0,25 EU/ml olmalıdır.
17. Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalıdır.

5. BLASTOKİST KÜLTÜR MEDYUMU(HSA'LI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 6-8 hücreden blastokist aşamasına kadar embriyo kültürüne uygun olmalıdır.
2. Bikarbonat tamponlu olmalıdır.
3. Hyaluronan içermelidir.
4. HEPES içermemelidir.
5. Gentamisin içermelidir.
6. Sodyum sitrat içermeli
7. Phenol red içermemelidir.
8. 37°C ve %6 CO₂ ile inkubasyondan sonra kullanıma hazır olmalıdır.
9. 30 ml'lik şişelerde olmalıdır.
10. Albümin kaynağı içermelidir.
11. HSA ilave edilmiş kullanıma hazır olmalıdır.
12. Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalıdır.
13. pH:7,30 +/- 0,1; osmolalite 263 +/- 5 olmalıdır.
14. Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalıdır.
15. Bakteriyel endotoksin < 0,25 EU/ml olmalıdır.
16. Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalıdır.

6. MEDYUM KAPLAMA YAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. IVF ve mikromanipülasyon prosedürlerinde medyumların üzerini kaplamaya uygun olmalıdır.
2. Steril, hafif parafin yağı olmalıdır.
3. Uygun vizkozitede o olmalıdır.
4. İnsanlarda medikal kullanım için en yüksek saflıkta olduğu onaylanmış olmalıdır.
5. Steril filtre edilmiş olmalıdır.
6. Şişeler ısı değişimlerine ve ışığın nüfüzüne engel olan üzerinde üretici firma etiketi olan özel plastik koruyucularda olmalıdır.
7. 100 ml'lik cam şişelerde olmalıdır.
8. Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalıdır.
9. 37°C ve %5 veya %6 CO₂ ile inkubasyonu ile kullanıma hazır olmalıdır.
10. Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalıdır.
11. Bakteriyel endotoksin < 0,25 EU/ml olmalıdır.
12. Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Safiye TAÇ
MED Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Üyeli (Tüp Bebek) Merkezi
Din. Tes. No: 143

Gürkan YAZICI
Fertilite ve Sağlık Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Genel Tıbbi ve Doğum
Kor. Res. No: 83910