

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

29/11/2022

İlan No : 2022-11-3749
İstem No : 67340
Alım No :
Talep Eden Birim : Radyoloji / Radyoloji-Anjiyografi
Konu : SARF MALZEME ALIMI



Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 01/12/2022 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KATETER, PORT, SANTRAL VENÖZ, BASINCA DAYANIKLI, ERİŞKİN, 8F, 60CM	50	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TITUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.


İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

KATETER, PORT, VENÖZ, BASINCA DAYANIKLI, PEDIATRİK; ERİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ 8F

1. Port, infüzyon ve girişimsel işlemlere olanak sağlamalıdır.
2. Port, MRI uyumlu olmalıdır.
3. Portun hub kilitleme mekanizması iştilir, dokunmalı ve görsel özellik yanıtlar yardımı ile çok sayıda duyumsal onay alır ve bu özellikleri sayesinde kateterin porta güvenle takılmasını sağlar.
4. Portun yükseltilmiş üst kenarı olmalıdır ve infüzyon ya da CT terapisi amacı ile kullanıldığında portun septumunu bulmak için yardımcı olur.
5. Setin içerisinde :
 - a. 1 adet düşük profilli port
 - b. Düşük profilli portlar için 6-8,5 F kateter
 - c. 1 adet kilitleme mekanizması
 - d. 1 adet introducer iğne
 - e. 1 adet J uçlu kılavuz tel
 - f. 1 adet 10 cc şırınga
 - g. 1 adet valfli yırtılabilir introducer
 - h. 1 adet tünel açıcı
 - i. 1 adet iğne
6. Portun, taban çapı 20-40 mm ve yüksekliği 10-13mm olmalıdır.
7. Portun septum çapı 10-13 mm olmalıdır.


Prof. Dr. Caner ÖZER
Anrsin Üniversitesi Hast.
Radyoloji
Dip. Tes. No: 48733


Prof. Dr. Engin KARA
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Radyodiagnostik A.Ş.
Dip. Tes. No: 64147/4348