

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

28/03/2023

İlan No : 2023-03-842
İstem No : 68669
Alım No :
Talep Eden Birim : Sterilizasyon / Sterilizasyon
Konu : DEMİRBAŞ ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 30/03/2023 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	STERİLİZASYON POŞETİ KAPATMA MAKİNASI, OTOMATİK, YAZICILI	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

2. Kez ilana Gekilmiştir.

STERİLİZASYON POŞETİ KAPATMA MAKİNASI,
OTOMATİK, YAZICILI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz CE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
2. Üretici firma ISO 9001 belgelerine, ürün CE Belgesine sahip olmalıdır.
3. Makine istenilen ısı derecesine kadar ayarlanabilir olmalıdır.
4. Cihazın soğuk başlangıcından istenilen çalışma sıcaklığına ulaşması en fazla 5 dakika olmalıdır. Makine istenilen ısı derecesine gelmeden rulonun kapanma güvenliği açısından çalışmaya başlamamalıdır.
5. Cihazın ekranı LCD ekran olmalı, cihaz tuşlar vasıtasıyla kullanılmalıdır.
6. Saat ve Takvim fonksiyonları olmalıdır.
7. Cihazda Türkçe dil yapılandırması seçeneği olmalıdır. Programlama menüsü evrensel sembollerle dizayn edilmiş olmalıdır.
8. Sterilizasyon rulosu makineden çıktıktan sonra rulo üzerinde Üretim, Son kullanma Tarihi, paketlemeyi yapan kişinin ismi ya da numarası yazı ile belirtilebilir olmalıdır.
9. Basılması gereken yazı karakterlerinin ebatları ayarlanabilir olmalıdır.
10. Makinenin yazıcı ünitesinde kullanılan kartuş standart olmalı, makinenin marka veya modeline bağımlı olmamalıdır ve kolay değiştirilebilmelidir.
11. Kapama yapılan kısımda açma payı bırakacak bir aparat olmalıdır. Bu aparat açma payını en az 30mm ölçüde bırakmalıdır.
12. Cihazın kapatma genişliği en az 12 mm olarak ayarlanabilmelidir.
13. Cihazın çalışma sıcaklığı en az 20-220 °C olmalıdır ve sıcaklık istenilen dereceye kadar ayarlanabilmelidir.
14. Otomatik basınç ayar mekanizması olmalıdır.
15. Cihaz dakikada en az 10 metre sürekli kapatma yapabilmelidir.
16. Cihaz enerji tasarrufu için, kullanılmadığı zaman "Bekleme" moduna geçmelidir.
17. Cihaz gövdesi paslanmaz çelik olmalıdır.
18. Kapatma makinesi taşınabilir ağırlıkta ve uygun ebatlarda olmalıdır.
19. Cihaz ile birlikte kaydırıcı tepsi verilmelidir.
20. Cihaz şehir cereyanı ile çalışmalıdır.
21. Çıkış gücü en az 400 Watt olmalıdır.
22. Cihaz 2 yıl servis 10 yıl yedek parça garantili olmalı bu garanti üretici tarafından taahhüt edilmelidir.


Prof. Dr. Gülden ERSÖZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlusu


Ayser MERİÇ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlu Hemşire