

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

21/03/2023

İlan No : 2023-03-982
İstem No : 68771
Alım No :
Talep Eden Birim : Beyin Cerrahi / Beyin Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

EB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 23/03/2023 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	TUR UCU, ELMAS, TOPUZ, 4MMX10CM	10	Adet					
2	TUR UCU, ELMAS, TOPUZ, 3MMX10CM	15	Adet					
3	TUR UCU, DİSEKSİYON, YÜKSEK HIZLI, TOPUZ, 7CMX3MM	5	Adet					
4	TUR UCU, DİSEKSİYON, YÜKSEK HIZLI, KESİCİ, PEDIATRİK, 8CMX1.5MM	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

2. kez ilana çıkılmıştır.

1-2.TUR UCU, ELMAS, TOPUZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yüksek devirli kraniyotom ucu ve driller kurumumuzda mevcut Midas Rex motor sistemi ve ataçmanları ile tam uyumlu ve olmalıdır. Yüksek devirli kraniyotom ucu ve drillerin üzerinde kod numarası yazılı olmalıdır.
2. Yüksek devirli kraniyotom ucu ve driller steril ambalajında, ayrıca plastik bir tüp içerisinde korumalı olmalıdır.
3. Cihazda uçlardan dolayı oluşabilecek problemlerden uçları satan firma sorumludur. Teknik servis desteğini sağlaması gerekmektedir.
4. Yüksek devirli kraniyotom uçları carbideden imal edilmiş olmalıdır.

3.TUR UCU, DİSEKSİYON, YÜKSEK HIZLI, TOPUZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yüksek devirli kraniyotom ucu ve driller kurumumuzda mevcut Midas Rex motor sistemi ve ataçmanları ile tam uyumlu ve olmalıdır. Yüksek devirli kraniyotom ucu ve drillerin üzerinde kod numarası yazılı olmalıdır.
2. Yüksek devirli kraniyotom ucu ve driller steril ambalajında, ayrıca plastik bir tüp içerisinde korumalı olmalıdır.
3. Cihazda uçlardan dolayı oluşabilecek problemlerden uçları satan firma sorumludur. Teknik servis desteğini sağlaması gerekmektedir.
4. Yüksek devirli kraniyotom uçları carbideden imal edilmiş olmalıdır.

4.TUR UCU, DİSEKSİYON, YÜKSEK HIZLI, KESİCİ, PEDIATRİK, 8CMX1.5MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yüksek devirli kraniyotom ucu ve driller kurumumuzda mevcut Midas Rex motor sistemi ve ataçmanları ile tam uyumlu ve olmalıdır. Yüksek devirli kraniyotom ucu ve drillerin üzerinde kod numarası yazılı olmalıdır.
 2. Yüksek devirli kraniyotom ucu ve driller steril ambalajında, ayrıca plastik bir tüp içerisinde korumalı olmalıdır.
 3. Cihazda uçlardan dolayı oluşabilecek problemlerden uçları satan firma sorumludur. Teknik servis desteğini sağlaması gerekmektedir.
- Yüksek devirli kraniyotom uçları carbideden imal edilmiş olmalıdır

Jr. Öğrt. Uyesi Derya KAR
Mersin Üniversitesi Hastane
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Görsel Tıbbi No: 265522

Prof. Dr. Emel AVCI
MFC Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Görsel Tıbbi No: 2332-24434