

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

28/03/2023

İlan No : 2023-03-1147
İstem No : 68969
Alım No :
Talep Eden Birim : Çocuk Cerrahi / Çocuk Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

67

Talip Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 30/03/2023 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	GUIDE WIRE, NİTİROL, HİDROFİLİK, 0.035", 140-160CM	5	Adet					
2	GUIDE WIRE, ZEBRA, 0.032", 140-160CM	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1-GUIDE WIRE, NİTİNOL, HİDROFİLİK, 0.035", 140-160CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Her türlü endoskopik girişimlerle yapılan üriner sistem cerrahisinde ve perkütan yolla uygulanan üroloji cerrahi işlemler için tasarlanmış olmalıdır.
2. Kılavuz tel çekirdeğinde Titanyum kaplı paslanmaz çelikten yapılmış bir metal içermelidir.
3. Kılavuz tel proksimalden distale tek parça olarak üretilmiş olmalıdır.
4. Kılavuz teller 0.035 inch kalınlığı arasında ve 150±10cm uzunluğunda olmalıdır.
5. Kılavuz telin; düz veya açılı uç şeklinde olmalıdır.
6. Kılavuz telin en dışı hidrofilik bir malzeme ile kaplanmış olup, su ve kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde, biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır. Kompleks ve kıvrımlı lezyonlardan dahi kolay geçmelidir.
7. Hidrofilik kaplama dolayısıyla, kateter, kılavuz tel üzerinden kaydırıldığında kateterin çok kolay kaymasını sağlamalıdır.
8. Kılavuz tel bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini almalıdır. Bu özelliği ile kılavuz tel kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır.
9. Hidrofilik kaplı kılavuz telin ucu kesinlikle atravmatik olmalıdır.
10. Kılavuz tel radyo opak olmalıdır.
11. Steril ve orijinal ambalajında paketlenmiş olmalıdır. Son kullanma tarihi paket üzerinde yazmalıdır.

2-GUIDE WIRE, ZEBRA, 0.032", 140-160CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Her türlü endoskopik girişimlerle yapılan üriner sistem cerrahisinde ve perkütan yolla uygulanan üroloji cerrahi işlemler için tasarlanmış olmalıdır.
2. Zebra kılavuz telin çekirdeğinde esnek özel Nikel-Titanyum alaşımından yapılmış (Nitinol) radiopak solid bir metal içermelidir.
3. Zebra kılavuz tel endoskopik görüntü altında klavuz tel hareketlerinin görülmesini mümkün kılan farklı renklerde çizgili olmalıdır.
4. Zebra kılavuz telin 0,032 inç, olmalıdır.
5. Zebra kılavuz telin distali sürtünmeyi azaltacak yapıda olmalıdır.
6. Zebra kılavuz telin düz veya açılı uçlu seçenekleri olmalıdır.
7. Zebra kılavuz telin 3 - 5cm'lik ucu esnek olmalıdır.
8. Zebra kılavuz tel floroskopi altında yerini doğrulaması için radyoopaklaştırılmış olmalıdır.
9. Klavuz telinin ucu kesinlikle atravmatik olmalıdır.
10. Zebra kılavuz telin ucunun kontrollü manipulasyonunu sağlayan torque cihazı ile birlikte verilmelidir.
11. Steril orijinal ambalajda paketlenmiş olmalıdır. Son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır.

Prof. Dr. Ali NAYCI
MİE O. Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Çocuk Cerrahisi A.B.D.
Etil. Tes. No: 20151/03010

