

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

28/03/2023

İlan No : 2023-03-1148
İstem No : 68973
Alım No :
Talep Eden Birim : Anestezi ve Reanimasyon / Anestezi
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

GT

Talip Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 30/03/2023 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	FİBEROPTİK, BRONKOSKOP, KARL-STORZ CİHAZINA UYUMLU	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

FİBEROPTİK, BRONKOSKOP, KARL-STORZ CİHAZINA UYUMLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Fiber Optik Bronkoskop

"Teklif edilen Bronkofiberskop aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

- 1.Flexible fiber optik bronkoskop gözle kontrol edilebilir entübasyon için uygun olmalıdır.
- 2.Flexible fiber optik bronkoskopun çalışma kanalı en az 1,2 mm olmalıdır.
- 3.Flexible fiber optik bronkoskopun görüş yönü 0 ° olmalıdır.
- 4.Flexible fiber optik bronkoskopun görüş açısı en az 90° olmalıdır.
- 5.Flexible fiber optik bronkoskopun çalışma uzunluğu en az 70 cm. olmalıdır.
- 6.Flexible fiber optik bronkoskopun toplam uzunluğu 98 cm olmalıdır.
- 7.Flexible fiber optik bronkoskopun dış çapı 2.8 mm. olmalıdır.
- 8.Flexible fiber optik bronkoskopun distal uçta dış çapı 2.5-2.8 mm arasında olmalıdır.
- 9.Flexible ucunun defleksiyon kabiliyeti yukarıya doğru en az 170° ve aşağıya doğru en az 120° olmalıdır.
- 10.Ameliyathanede bulunan Karl-Storz marka sistem ile uyumlu olmalıdır.

Prof. Dr. Nurcan DORUK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. Tes. No.: 1122

Prof. Dr. Dayan YAPICI
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. Tes. No.: 58753