

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

28/03/2023

İlan No : 2023-03-1106
İstem No : 68985
Alım No :
Talep Eden Birim : Göğüs Cerrahi / Göğüs Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

Ar

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 30/03/2023 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	STAPLER, ENDOSKOPIK, KESİCİ-KAPATICI, DÜZ, DİSPOSABLE	15	Adet					
2	STAPLER KARTUŞU, ENDOSKOPIK, KESİCİ-KAPATICI, OYNAR BAŞLIKLİ, VASKÜLER DOKU, 45MM	100	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

2. Kez İlara Çıkılmıştır

1.STAPLER, ENDOSKOPIK, KESİCİ-KAPATICI, DÜZ, DISPOSABLE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Endoskopik cerrahide kullanıma uygun olmalıdır.
2. Stapler şaftının boyu minimum 25 cm olmalıdır
3. 45 mm.lik yükleme üniteleri veya kartuş aynı stapler ile kullanılabilmelidir veya endoskopik lineer kesicinin oluşturduğu zimba hattı uzunluğu 45 mm. Kesi uzunluğu 42 mm. olan stapler ile kullanılabilmelidir.
4. Stapler tutacının üzerinde, yükleme ünitesinin her iki yöne doğru 45 dereceye kadar manuel ya da mekanik açılabilir mekanizma olmalıdır veya rotasyon başlığı kendinize doğru çekilerek staplerin artikülasyon noktası serbestleştirilmeli ve serbestleştirme ile staplerin anvili bir organa veya batin duvarına veya başka bir alet ile dayandırılarak istenildiği şekilde 45 dereceye kadar artikülasyon sağlamalıdır. Staplerin şaftı 360 derece rotasyon hareketini yapmalıdır.
5. En az 12 kez ateşlenebilir özellikte olmalıdır.
6. Ameliyat esnasında alet değişimini azaltmak için staplerde dokuyu kavrama fonksiyonu bulunmalıdır. Tutaç kapatılıp istenilen anda ileri itilip pratik bir şekilde tekrar açılarak dokuyu kavrama özelliği sağlamalıdır, tek elle kullanıma uygun olmalıdır
7. Güvenlik açısından kontrollü ateşlemeyi sağlamak için, stapler sadece butona basılarak ya da mandal geri çekilerek aktive edilebilmelidir ya da koluna basılarak ateşleme yapmalıdır
8. Tüm hat boyunca İdeal "B " formasyonu sağlanabilmesi için, stapler her tetiklendiğinde kademeli olarak kapama ve kesme yapma özelliğine sahip olmalıdır. Bu özellik staplerin üzerindeki pencereden takip edilebilmelidir.
9. Yükleme ünitesi ateşleme sırasında istenilen mesafede ateşlemenin durdurulmasına olanak sağlayacak mekanizmaya sahip olmalıdır veya istenildiğinde üzerindeki buton sayesinde bıçak yönü değiştirilerek bıçak geri çekilebilmelidir
10. Stapler ve değiştirilebilir kartuş birbirini tamamlayan parçalar olduğu için aynı firmadan temini zorunludur. Ürün ihale ihtiyaç listesinde bulunan 1 VE 2.. Kalemle uyumlu olmalıdır. Bunun için 1 VE 2 kalemin genel toplamında en düşük fiyatı veren firmadan temin edilecektir.

2.STAPLER KARTUŞU, ENDOSKOPIK, KESİCİ-KAPATICI, OYNAR BAŞLIKLİ, VASKÜLER DOKU, 45MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Stapler veya Kartuş zimbaların yer aldığı alt aksam ve zimbaların ateşleme ile beraber "B"formasyonunun oluşmasını sağlayan anvil kısmından oluşmalıdır. .
2. Stapler veya Yükleme ünitesi 22 ve 45 derece artikülasyon yapabilmelidir
3. Stapler veya Yükleme ünitesi kartuş ve/veya anvil ile birlikte gelmelidir.
4. Stapler veya Kartuşun üzerinde bıçağın harekete geçtiği ve bıçağın durduğu noktaları gösteren çizgiler yer almalıdır.
5. Kartuş kullanılmış kartuşun tekrar kullanılmaması için ateşlemeden sonra tekrar aktive olmamalıdır.
6. Stapler veya Kartuş üzerinde metrik çizgiler yer almalıdır.
7. Stapler şaftının boyu kartuş takıldıktan sonra minimum 30 cm olmalıdır
8. Kartuş ateşleme esnasında sabit kalmalı ve dokuyu deforme etmemek için staplere doğru çekilmemelidir.
9. Çift sıralı üç hat boyunca 45 mm uzunluğunda kapama ve 43 mm kesme yapmalıdır.
10. Çene açılımı minimum 22 mm olmalıdır.
11. Staplerin kartuşundaki zimba bacak uzunlukları ateşlemeden önce 2.5 mm, ateşlemeden sonra 1.0 mm olmalıdır.

Prof. Dr. Erhan AYAN

Mersin Üniversitesi Hastanesi

Göğüs Cerrahisi A.D.

Dr. Erhan AYAN

Prof. Dr. Mehmet Ögüz KOKSEİ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göğüs Cerrahisi Ane Bilim Dalı Başkanı
Dip. Tes. No: 43528