

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

29/03/2023

İlan No : 2023-03-1158
İstem No : 69058
Alım No :
Talep Eden Birim : Genel Cerrahi / Genel Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 31/03/2023 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	LAPAROSKOPİK TROKAR, BALONLU	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.


İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

LAPAROSKOPİK TROKAR, BALONLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tamamı disposable olmalıdır.
2. Endoskopik uygulamalara uygun olmalıdır.
3. Balon distansiyon kiti ; balonlu obtüratör ,balon fiksasyonlu kanül ,bir adet şırınga, bir adet çift yönlü pompa, 2 (iki adet) 5 mm optik trokar ve erişim için kanül obtüratöründen oluşmalı ve aynı steril paket içinde bulunmalıdır.
4. Disektör kanülünün küre şeklindeki balon ile beraber olan uzunluğu 293 ± 1 mm olmalıdır.
5. Uygun çalışma alanı yaratmak için , küre şeklinde şişecek balon en fazla 30 kez pompalanarak gerekli diseksiyon sağlanabilmelidir.
6. Balon elastik silikon malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
7. Kanül gövdesinde gaz sızıntısını önlemek amacıyla 10/12 mm'lik bir iç valf bulunmalı, 5mm çap düşürücüsü de kanül üzerinde olmalıdır
8. Pompanın şişirme yapan ucu saydam,indirme yapan ucu koyu renk olmalıdır.
9. 10 mm çapındaki teleskop kanüle yerleştirilip balonun şişirilmesine olanak tanımalıdır.
10. Kanülün karın duvarına fiksasyonu (+/-5cc) 20cc hava kapasiteli simit şekilli balonun şişirilerek yapılmasıyla olmalıdır.
11. Kanüle CO2 insüflasyon hortumu takılabilmesi tercih nedenidir.
12. Kit içerisinde yerleşimi kolaylaştıran kaydırıcı solüsyon olmalıdır.
13. Ürün teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadı olmalıdır.


Prof. Dr. Tahsin
Mersin Üniversitesi Hastane
Genel Cerrahi A.B.D.
Dip. Tis. No: 10298


İğr. Gör. Dr. Cumhur ÖZCAR
Mersin Üniversitesi Hastane
Genel Cerrahi A.D.
Dip. Tis. No: 13190