

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

29/03/2023

İlan No : 2023-03-1155
İstem No : 69063
Alım No :
Talep Eden Birim : Patoloji / Patoloji
Konu : SARF MALZEM ALIMI

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 31/03/2023 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	FORMALDEHİT DÜZEYİ ÖLÇÜM YAKA KARTI	3	Adet					
2	KSİLEN DÜZEYİ ÖLÇÜM YAKA KARTI	3	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.


İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

KSİLEN DÜZEYİ ÖLÇÜM KARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Ksilen düzeyi ölçüm kartı ; kullanan kişinin gün içerisinde maruz kaldığı ,ksilen düzeyinin ölçümünde kullanılmalıdır.
2. Ölçüm kartı ile 15 dak 'lık kısa süreli maruziyet limiti (STEL) veya 8 saatlik zaman aralıklı ortalaması (TWA) hesaplanabilmelidir.
3. Havadaki ksilen molekülleri yaka kartından difüze olmalı ve ölçüm kartının içindeki kimyasal ile etkileşime girme prensibi ile çalışmalıdır.Ksilen dışında hiçbir kimyasal ile etkileşmemelidir.
4. Verilen teklif , her bir ölçüm kartını , analiz için ölçüm kartının alınmasını , ilgili analiz laboratuvarına gönderilmesini ve raporun kuruma ulaştırılmasını içermeli , bunun dışında herhangi bir ücret talep edilmemelidir.
5. Ölçüm kartını analiz eden firmanın AIHA LAP ve LLC tarafından akredite olduğuna dair bilgi ve laboratuvar akreditasyon numarası rapor üzerinde yer almalıdır.
6. Analiz sonuçları TÜRKÇE olmalı ve analiz yapan laboratuvarın web sitesinden TÜRKÇE analiz sonucuna ulaşılabilirmeli.Kullanıcılar kendilerine verilen şifre ile sonuçlarına ulaşılabilirmelidir.
7. Analiz raporu analizi yapan yurtdışı firma tarafından TÜRKÇE olarak hazırlanmalıdır.
8. Ölçüm kartları tek kullanımlık olmalıdır.Kullanıcı tarafından doldurulan tüm bilgi formları TÜRKÇE olmalıdır.
9. Teslim edilen ürünlere ait miat en az 13 ay olmalıdır.
10. Ürünlerin , son 6 aya ait gümrük girişi beyannameleri teklifle birlikte sunulmalıdır.Bu belge 6 aydan daha uzun süre öncesine ait olmamalıdır.Bu belgenin bir örneği de teslimat esnasında faturayla birlikte teslim edilmelidir.
11. Yurtdışına kargo gönderim belgesi , ürünler analiz edildikten sonra raporla birlikte kuruma teslim edilmelidir.Bu belgeyi sunmayan firmaların analiz sonuçları kabul edilmeyecektir.
12. Oda sıcaklığında muhafaza edilebilmelidir.



Doç. Dr. Feran TUNCEL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Tıbbi Patoloji
Dip. Teş. No: 104881-98575


Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Teş. No: 12834

FORMALDEHİT DÜZEYİ ÖLÇÜM KARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Formaldehit düzeyi ölçüm kartı ; kullanan kişinin gün içerisinde maruz kaldığı , formaldehit düzeyinin ölçümünde kullanılmalıdır.
2. Ölçüm kartı ile 15 dak 'lık kısa süreli maruziyet limiti (STEL) veya 8 saatlik zaman aralıklı ortalaması (TWA) hesaplanabilmelidir.
3. Havadaki formaldehit molekülleri yaka kartından difüze olmalı ve ölçüm kartının içindeki kimyasal ile etkileşime girme prensibi ile çalışmalıdır. Formaldehit dışında hiçbir kimyasal ile etkileşmemelidir.
4. Verilen teklif , her bir ölçüm kartını , analiz için ölçüm kartının alınmasını , ilgili analiz laboratuvarına gönderilmesini ve raporun kuruma ulaştırılmasını içermeli , bunun dışında herhangi bir ücret talep edilmemelidir.
5. Ölçüm kartını analiz eden firmanın AIHA LAP ve LLC tarafından akredite olduğuna dair bilgi ve laboratuvar akreditasyon numarası rapor üzerinde yer almalıdır.
6. Analiz sonuçları TÜRKÇE olmalı ve analiz yapan laboratuvarın web sitesinden TÜRKÇE analiz sonucuna ulaşılabilmesi. Kullanıcılar kendilerine verilen şifre ile sonuçlarına ulaşılabilmelidir.
7. Analiz raporu analizi yapan yurtdışı firma tarafından TÜRKÇE olarak hazırlanmalıdır.
8. Ölçüm kartları tek kullanımlık olmalıdır. Kullanıcı tarafından doldurulan tüm bilgi formları TÜRKÇE olmalıdır.
9. Teslim edilen ürünlere ait miat en az 13 ay olmalıdır.
10. Ürünlerin , son 6 aya ait gümrük girişi beyannameleri teklifle birlikte sunulmalıdır. Bu belge 6 aydan daha uzun süre öncesine ait olmamalıdır. Bu belgenin bir örneği de teslimat esnasında faturayla birlikte teslim edilmelidir.
11. Yurtdışına kargo gönderim belgesi , ürünler analiz edildikten sonra raporla birlikte kuruma teslim edilmelidir. Bu belgeyi sunmayan firmaların analiz sonuçları kabul edilmeyecektir.
12. Oda sıcaklığında muhafaza edilebilmelidir.


Doç. Dr. Feran TUNCEL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Tıbbi Patoloji
Din. Tel: No: 104887-98576


Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Din. Tel: No: 42034