

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

31/03/2023

İlan No : 2023-03-1163
İstem No : 69129
Alım No :
Talep Eden Birim : Kan Merkezi / Kan Merkezi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 03/04/2023 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KAN TORBASı, DORTLU	200	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazın, silinti,düzelme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir ağıdama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alımın açıklanan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

ESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DİŞİ OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İletişim Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

İmarat ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

DÖRTLÜ KAN TORBASİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tam kanın alınması, saklanması ve transfüzyonunda kullanıma uygun olmalıdır.
2. Torba sistemi üzerinde (serolojik, kan grupları vs gibi) testleri çalışmak için vakumlu tüplere sistemin sterilitesi bozulmadan sistem eklenmiş ve iğne ucu korumalı olmalıdır.
3. Kan torbası iğnesi 16 G ve silikonla kaplanmış, ağrısız kan almaya uygun, eğimli pürüzsüz olmalı, plastikten yapılmış kapağı bir kez açıldıktan sonra tekrar kapatılamamalıdır.
4. Kan alma hortumu en az 100 cm uzunluğunda, kalınlığı 4 mm olmalı ve üzerinde belirli aralıklarla numune alımına uygun şekilde düzenlenmiş torba ile aynı seri numarası bulunmalıdır. Bu seri numarası ek torbalarda da olmalıdır.
5. Kan torbaları üzerinde tercihan Türkçe yazılmış dayanıklı yapıda bir etiket bulunmalıdır. Etiket, ısı değişikliklerinde ve nemli ortamlarda torbadan ayrılmamalıdır. Etiket üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi yer almalıdır.
6. Torba-ek torba hacmi ve içerisindeki antikoagülan solüsyon miktarı uluslararası standartlara uygun olmalıdır.
7. Torba plastiği PVC ve içerisindeki çözeltinin kolayca görülebilmeye uygun olmalıdır.
8. Torba içerisinde antikoagülan olarak CPD ek torbada ise SAG-M veya ADSOL solüsyonu bulunmalıdır.
9. Ambalaj direkt ısı ve ışık ile temasın önlenmesi için alüminyum olmalıdır. Torbalar arasında nemlenmeyi ve yapışmayı önleyecek seperatör bulunmalı, ambalaj vakumlanmalıdır. Paketler üzerinde torba üzerindeki etiket bilgileri bulunmalıdır (Ambalajlar 4,5,6 ya da 10 torba içerebilir).
10. Malzemeler sağlam koliler içerisinde teslim edilmeli, koliler üzerinde torba bilgileri yer almalıdır.
11. Malzemenin tüketimi sırasında hatalı, bozuk, yırtık ambalaj ya da ürün ile karşılaşıldığında sağlamları ile ücretsiz olarak değiştirilmelidir.
12. Kan torbaları, kanın santrifüjünden sonra optik sensör ile otomatik olarak eritrosit, buffy coat ve plazmasına ayrılabilmesine imkan vermelidir..
13. Kan torbaları alt-üst çıkışlı olmalıdır.
14. Kan torbaları 5000 g'lık santrifüj hızına dayanıklı olmalıdır..
15. Trombositlerin saklanacağı torba, 5 gün trombositleri muhafaza edebilmeli ve gaz geçirgenliği yüksek olmalıdır.
16. Torbalar ile beraber 1 adet optik okuyuculu kendinden kapatmalı otomatik eksraktör kan torbaları bitinceye kadar kan merkezine kurulacaktır.
17. Her torba başına beraberinde 1 adet meyve suyu verilecektir.
18. Torba sayısının iki katı kadar hemostatik baskı bandı torbalarla birlikte ücretsiz olarak verilecektir
19. Arızalı çıkan ve miadının dolmasına 3 ay kalan torbalar firma tarafından uygun miatlı ve sağlam torbalarla değiştirilmesi gerekmektedir.

Biyoclog
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
İkinci Transfüzyon
Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Aydan AKÜZÜM
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Hematoloji
Diy. Tes. No: 12857