

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

26/04/2023

İlan No : 2023-04-1491
İstem No : 69316
Alım No :
Talep Eden Birim : Neonatoloji / Yenidoğan Yoğun Bakım
Konu : OKSİJEN VE HAVA KARIŞTIRICI CİHAZ

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 16/08/2023 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	OKSİJEN VE HAVA KARIŞTIRICI CİHAZ	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

2.KEZ İLANA ÇIKILMIŞTIR

OKSİJEN VE HAVA KARIŞTIRICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Resüsitasyon cihazı, yenidoğanın güvenli ve etkin resüsitasyonu için Doğumhanede, Yenidoğan Yoğun Bakımda, bebek gözlem odasında kullanılmaya uygun olmalıdır.
2. Cihaz tekerlekli ve sepetli stant üzerine monte edilmiş olmalıdır böylece mobil haldeyken de kullanılabilir. Stantta oksijen ve hava tüpü için uygun yer olmalıdır.
3. Cihazın üzerinde taşıma kolu olmalıdır böylece istendiğinde stanttan ayrılıp taşınabilir ve ağırlığı 7kg'ı geçmemelidir.
4. Solunum devresinin hasta ucundaki T-parçanın ayar valfi parmakla kapatıldığında cihaz üzerinden ayarlanmış olan tepe inspirasyon basıncını (PIP) hastaya uygulamalıdır. En az 45 cm H₂O PIP ayarlanabilir.
5. Cihaz sabit, sürekli bir ekspiryum sonu pozitif basıncı (PEEP) sağlayabilir. PEEP değeri kullanıcı tarafında devre üzerinden ayarlanabilir.
6. Cihazın ekspiryum sonu pozitif basıncı (PEEP) ayarı, solunum devresinin hasta ucunda bulunan T-parça üzerindeki valfin sağa ya da sola çevrilmesi ile ayarlanabilir.
7. Cihazda giren oksijen akımındaki ani değişikliklerin ve yanlış yüksek ayarlamaların aşırı yüksek tepe inspirasyon basıncı (PIP) oluşumunu engelleyecek şekilde maksimum basınç tahliye sistemi olmalı ve aşılması istenen maksimum basınç bu şekilde ayarlanabilir.
8. Cihazın Oksijen ve Hava girişleri bulunmalıdır.
9. Cihaz üzerinden, %21 – %100 aralığında bebeğe uygulanacak FiO₂ Oksijen konsantrasyonu ayarlanabilir.
10. Cihaz üzerinde en az 0 – 15 Lt/dk aralığında akış ayarlanabilen düğmesi bulunmalıdır.
11. Cihaz elektrik ihtiyacı olmadan pnömatik olarak oksijen ve hava basınçları ile çalışabilir. Gereksiz gaz sarfiyatını önlemek için cihaz üzerinde açma/kapama anahtarı bulunmalıdır.
12. Cihaz üzerinde en az -10 ile +80 cmH₂O aralıklarını ölçebilen renkli göstergeli bir manometre bulunmalıdır.
13. Cihaz üzerinde T-Parçalı devrenin bağlandığı çıkış portundan ayrıca bir adet daha ikincil gaz çıkışı bulunmalı ve ikincil gaz çıkışının flowmetre düğmesi ayrı olmalıdır.
14. Cihazda aspirasyon özelliği de bulunmalıdır, aspirasyon akışının ayar düğmesi ve aspirasyon ünitesinin ayrıca açma kapama düğmesi bulunmalıdır.
15. Aspirasyon ünitesinin manometre göstergesi bulunmalıdır.
16. Cihaz hava/oksijen basıncı ile çalışmalı, elektrik gereksinimi olmamalıdır.
17. Cihazın arka tarafında hem merkezi sistemden beslenebilmesi için O₂, Hava girişleri hem de tüplerden beslenebilmesi için O₂, hava girişleri ayrı ayrı bulunmalıdır.
18. Cihazla birlikte 15 – 10 mm konektör boyutuna sahip devrelerin kullanılabilmesi için adaptör verilecektir.
19. Cihazla birlikte oksijen ve hava hortumları verilecektir.

PROF. DR. YALÇIN ÇELİK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. Neanatoloji B.D.
Diyarbakır

Doç. Dr. Üyesi AYŞEN ÖRMAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. Neanatoloji B.D.
Diyarbakır