

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

19/01/2024

İlan No : 2024-01-254
İstem No : 73076
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : DİJİTAL TERAZİ ALIMI

EB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 23/01/2024 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DİJİTAL TERAZİ, BEBEK	1	Adet					
2	DİJİTAL TERAZİ, KİLO BOY ÖLÇER	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdürü

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

DİJİTAL BEBEK TERAZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sürekli hareket eden bebeğin ağırlığının tespit edilmesi için otomatik ve manuel durdurma özelliği olmalıdır.
2. Lcd ekran kolay okunabilir özellikte olmalıdır.
3. Kavisli beşik yüzeyli bebek terazisi olmalıdır.
4. 20 kg taşıma kapasitesi olmalıdır.
5. 10-20 gr hassasiyet tartım olmalıdır.
6. Terazinin kefesi bebeğin cildine zarar vermiyecek özellikte olmalıdır.
7. Otomatik kapanma özelliği olmalıdır.
8. Kg/lb/oz özellikleri olmalıdır.
9. Pil ile çalışabilir özellikte olmalıdır.
10. İmalattan doğabilecek arızalara karşı en az 2 yıl garantisi olmalıdır. Bu sürenin sonunda teknik servis güvencesi verilmeli ve bu belgelendirilmelidir.

Boy-Kilo Ölçer Teknik Şartnamesi

1. Tartının ölçüm kapasitesi en az 200 kg olmalıdır.
2. Terazi LCD ekran özelliğinde olmalıdır.
3. Kg biriminde ölçüm yapabilmelidir.
4. Tartı platformu kaymayı önleyen ve en az 35x40 cm olmalıdır.
5. Boy ölçme çubuğu paslanmaz metalden imal edilmiş olmalı.
6. Terazi üzerindeki boy ölçer çubuğunun üzerindeki yazılar silinmeyecek özellikte olmalıdır.
7. Boy ölçer çubuğu opsiyonel olmalıdır.
8. Standart gösterge aydınlatması olmalıdır.
9. Cihazda tartım ve ölçüm bir arada yapılabilmelidir.
10. En az 2 yıl garantisi olmalıdır.

Nurettin DİNÇER
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker

Kayhan DİKMEN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Teknisyen