

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

04/04/2024

İlan No : 2024-02-503
İstem No : 73492
Alım No :
Talep Eden Birim : Kulak Burun Boğaz / Kulak Burun Boğaz Servis
Konu : DEMİRBAŞ ALIMI

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 19/04/2024 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	AMELİYATHANE TAVAN LAMBASI, LED, İKİ BAŞLIKLİ	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdürü

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

3.KEZ İLANA GİLLİLMİŞTİR

AMELİYATHANE TAVAN LAMBASI, LED, KAMERALI, MONİTÖRLÜ, İKİ BAŞLIKLI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lamba, medikal alanda ileri led aydınlatma teknolojisi kullanılarak imal edilmiş olmalıdır.
2. Lamba, 2 adet başlıktan ve monitörden oluşmalıdır.
3. Lamba, tavan-taban yüksekliği 270–350 cm arasındaki ameliyat odalarında kullanılmaya uygun ve tek merkezden monte edilebilir olmalıdır.
4. Lamba, merkezi tavan bağlantısı için tavan askı borusuna ve kendi ekseni etrafında 360° dönebilen iki adet yatay döner kola sahip olmalıdır.
5. Yatay döner kollara takılan, en az 50° aşağıya ve 45° yukarı hareketi sağlayan ve kolların ameliyathane tavanına ya da diğer cihazlara zarar vermemesi için yukarı hareketi 0–45° arasında sınırlandırabilen yapıda iki adet yaylı kola sahip olmalıdır.
6. Yaylı kollar, lamba başlığının sabit kalmasını sağlamak için başlık bağlantı girişinde sertlik ayarına sahip olmalıdır.
7. Yaylı kollara takılan kendi ekseni etrafında 360° dönebilen iki adet yarım kollu (counterbalance mekanizmalı) lamba başlıklarına sahip olmalıdır.
8. Başlıkların çapı 67(+/-2 cm) olmalıdır ve aydınlatma başlıkları kendi ekseninde 300° dönebilmelidir.
9. Lambanın rahatça pozisyonlandırılabilmesi için, lamba başlığının üzerinde aydınlatma yüzeyine paralel ABS plastikten imal edilmiş iki el tutamağı bulunmalıdır.
10. El tutamakları ve lamba başlığı ABS plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
11. Başlıkların odaklama çapı ayarı lamba başlık merkezinde bulunan, kolayca sökülüp takılabilen ve 134 C° de steril edilebilen elcek yardımı ile 130 mm – 300 mm (±%5) arasında ayarlanabilmelidir. Odaklama çapı ayarı hem elcek hem de dokunmatik renkli LCD kontrol paneli üzerinden olarak yapılabilmelidir.
12. Lambanın renk dağılım indeksi en az 96 CRI (± %5) olmalıdır.
13. Her bir başlıkta 60 led bulunmalı ve her bir başlığın ışık gücü 160.000 lux olmalıdır. Arıza durumunda Ledler tek tek değiştirilebilmelidir.
14. Başlıkların renk ısı 3.000-5.000 Kelvin arasında en az 7 kademe ayarlanabilmelidir.
15. Başlıkların aydınlatma derinliği (L1+L2) 120 cm (± 3cm) olmalıdır.
16. Ledlerin ömrü en az 50.000 saat olmalıdır.
17. Lamba başlıkları 4.3" LCD dokunmatik kontrol paneline sahip olmalıdır. Bu kontrol paneli üzerinden açma-kapama, maksimum ışık gücüne geçiş, ışık şiddeti ayarı, odak ayarı, endo moduna geçiş, sensör sistemi açma-kapama ve renk ısı ayarı

Prof. Dr. Kemal GÖRÜ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz A.B.D.

Uğr. Gör. Dr. Kemal Koray BA
Mersin Üniversitesi Hastanesi
KEB
Din. Tel. No: 165528

AMELİYATHANE TAVAN LAMBASI, LED, KAMERALI, MONİTÖRLÜ, İKİ BAŞLIKLI TEKNİK ŞARTNAMESİ

yapılabilmelidir. Işık şiddeti 0-100 Aralığında 100 kademeli olarak ayarlanabilmelidir. Ayrıca kontrol panelinden lamba endo modunda iken endo modu ışık şiddeti ayarı yapılabilmelidir.

18. Lamba başlıklarında en az 4 adet sensör bulunmalıdır. Bu sensörler vasıtasıyla cerrah başı algılanıp, cerrah başının bulunduğu bölgeyi aydınlatan led grubu otomatik olarak kapanmalıdır. Cerrah başı sensörün görüş alanından çıktığında sistem otomatik olarak normal çalışma konumuna gelmelidir. Sensör sistemi, gerekli durumlarda kullanıcı tarafından kontrol paneli üzerinden devre dışı bırakılabilmelidir.
19. Kontrol panelinden Türkçe ve İngilizce dil seçimi yapılabilmelidir.
20. Lamba imalat ve montaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olmalıdır. Lambanın garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığında yedek parça temin garantisi olmalıdır.
21. Lamba başlıklarının birinin üzerinde entegre 1 adet en az FULL HD kamera ve kollardan birinde 21" Full HD medikal monitör olmalıdır.
22. Lambayla birlikte 1 adet video recorder verilmelidir.
23. Kamera PAL, NTSC sinyal sistemine sahip olmalı; 30 x optik dijital zoom ve otomatik odaklama yapabilmelidir. Kamera yüksek aydınlıkta çekim özelliğine sahip olmalıdır.
24. Kameranın resim algılayıcı sensörü 1 / 2.8 CMOS olmalıdır.

Prof. Dr. Kemal GÖRÜ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz A.B.D.
T.C. Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Kemal Koray BAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz A.B.D.
No: 165528