

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME  
TEKLİF İSTEME FORMU

23/02/2024

İlan No : 2024-02-715  
İstem No : 73739  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Kalp Damar Cerrahi / Kalp Damar Cerrahi Servisi  
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 27/02/2024 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KANÜL, AORT, ROOT, VENTLİ, 12G	100	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdürü

## KANÜL, AORT, ROOT, VENTLİ 12G TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kardioyo pulmenar by-pass cerrahisinde aort köküne kardiopleji sıvısı vermeye ve aortdan hava çıkarmaya uygun yapıda vent hatlı olmalıdır.
2. Kanülün uç kısmında giriş derinliğini kontrol etmeye ve kanülü sabitlemeye yarayan dikiş halkası olmalıdır.
3. Kanül ucunun her iki tarafında hava çıkış delikleri olmalıdır.
4. Kanülde flange bulunmalı, iğnesi paslanmaz çelik olmalıdır
5. Kanülün ucu konik şeklinde olmalıdır.
6. Kanül radiopak olmalıdır
7. Kanül şeffaf yapıda olmalıdır
8. Kanül 10-15 cm uzunluğunda olmalıdır
9. Kanülün arka tarafında Female lüerli konektör olmalıdır.
10. Kanülün iğnesinin arka tarafı male lüerli konektör olmalıdır.
11. Tekli steril paketlerde olmalıdır.
12. Kanül PVC'den yapılmış olmalıdır.
13. Vent hattı bulunmalı ve üzerinde klemp yer almalıdır.
14. Dikiş halkası (suture flange) minimum küçüklükte olup aortik yüzeyde daha fazla açıklık bırakmalıdır.

Prof. Dr. Murat ÖZEREN  
MÜHÜR Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Kalp ve Damar Cerrahisi A.D  
Dip Tels. No: 48682

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir BİLGİ  
İzmirin Üniversitesi Hastanesi  
Kalp ve Damar Cerrahisi  
Dip. No: 48682