T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

05/04/2024

İlan No : 2024-04-1346
İstem No : 73929
Alım No :
Talep Eden Birim : Diş Hastalıkları(Genel) / Diş Hastalıkları(Genel)
Konu : SARF VE KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI

67

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 16/04/2024 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ELDİVEN, CERRAHİ ALET YIKAMA İÇİN, LARGE	500	Adet					
2	ELDİVEN, CERRAHİ ALET YIKAMA İÇİN, MEDİUM	500	Adet					
3	ELDİVEN, CERRAHİ ALET YIKAMA İÇİN, SMALL	500	Adet					
4	ELDİVEN, OTOKLAV İÇİN	4	Adet					
5	KARTUŞ, STERİLİZASYON POŞETİ KAPATMA MAKİNASI İÇİN	30	Adet					
6	PROTEİN KALINTI TESTİ	50	Adet					
7	STERİLİZASYON RULOSU, BUHAR, 10CMX200M	100	Adet					
8	STERİLİZASYON RULOSU, BUHAR, 7.5CMX200M	200	Adet					
9	TEST İNDİKATÖRÜ, KAPAMA CİHAZI İÇİN	100	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdürü

1-2-3- ELDİVEN CERRAHI ALET YIKAMA İÇİN SMALL; MEDİUM; LARGE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Eldiven, sterilizasyon bölümü yıkama ünitesi uygulamalarında kullanılan dezenfektanlar ile kullanıma uygun olmalı ve gerekli bariyeri sağlamalıdır.
2. Üretici firma, eldivenin dezenfektan kimyasallarına karşı test ettirmiş olmalı, direnç test sonuçları sunulmalıdır.
3. Eldiven, bilek kısmını tam sarmalı ve koruma oluşturması için min. 300 mm uzunluğunda olmalıdır.
4. Eldiven, CE, EN374-1.2.3; EN455-1.2.3 ve EN420 standartlarına göre üretilmiş olmalıdır.
5. Eldiven, kimyasal dayanıklılığı yüksek olması sebebiyle nitrilden üretilmiş olmalıdır.
6. Eldiven manipülasyon, hassasiyet ve kullanım kolaylığı sebebiyle parmak ucu kalınlığı maksimum 0.14 mm olmalıdır.
7. Parmak uçları pütürlü olmalıdır.
8. Eldiven, pudra içermemelidir.
9. Eldivenler non-steril olup, sağ sol ayrımı olmamalıdır.
10. Eldiven en az 50'luk kutularda olmalıdır.
11. Eldivenin AQL (Acceptable Quality Level) seviyesi en fazla 1,5 olmalıdır.
12. Eldivenin ambalajı üzerinde kesinlikle yırtık, delik benzeri deformasyon bulunmamalıdır.

4-OTOKLAV ELDİVENİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 300°C kadar ısı geçirmez olmalıdır.
2. Konç uzunluğu 35-45 cm (+/- 5cm) olmalıdır.
3. Her türlü dezenfektan ve enzimatik küvetlere daldırılıp kullanılabilir.
4. Yüksek mekanik ve kimyasal dirence sahiptir.
5. CE EN 388-2131, CE EN 5111-1111 standartlarındadır.
6. Merkezi sterilizasyon çalışan personeli ellerine uygunluğu kontrolü yapılarak alınacaktır.
7. Yüklenici firma şartnamenin her maddesine tek tek uyacağını beyan ve taahhüt etmelidir.
8. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firma teklifleri ret edilecektir.
9. Teklif veren firmalar da şartnameye uyan ürünler için numune istenecektir. Numuneler kurumun ihtiyacını uygunluk ve kullanılabilirlik açısından yetkili personel/uzman tarafından değerlendirmeye tabi tutulup, uygunluk kararı kullanımdan sonra verilecektir.

5-YAZICILI KAPAMA CİHAZI İÇİN KARTUŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürünün kullanılmadığı belli olması için ambalaj içerisinde olmalıdır.
2. Kartuş axıs marka axps-100 cihazına uymalıdır.
3. Ribon bitince siyah boyalı şerit beyaz renge dönmelidir.
4. Ribon mürekkebi sterilizasyon koşullarında dağılmamalıdır.
5. Cihaz yuvasına rahatlıkla takılabilmelidir.

Doç. Dr. Adalet ÇELEBİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.D.
Dip. Tes. No.: 34886

Prof. Dr. Fethi ATIL
Dekan

6-PROTEİN KALINTI TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cerrahi Alet ya da yüzey üzerinde kalan (artık) Proteinlerin tespitini hızlı bir şekilde sağlamalıdır.
2. Tek kullanımlık olmalıdır.
3. İnkübasyon gerektirmemelidir.
4. Protein miktarına bağlı olarak en fazla 10 Saniye İçinde sonuç vermelidir.
5. 1 microgram protein kalıntısına kadar duyarlı olmalıdır. Bunu bağımsız akredite bir laboratuvardan ya da üniversiteden aldığı analiz raporu ile belgelendirmelidir.
6. Kolay kullanımlı ön hazırlık testi şeklinde tasarlanmış olmalıdır.
7. Protein kalıntısı bulunduğunda çubuğun ucundaki swabın rengi belirgin bir şekilde değişmelidir.
8. Raf ömrü en az 12 ay olmalıdır.
9. Glutaraldehyde veya peracetic asit karışımı içermemelidir.
10. İmalatçı firmanın ISO kalite belgesi olmalıdır.
11. Ürünün EN ISO 15883-1 e göre deklerasyon testleri yapılmış olmalıdır.
12. Ürün ile beraber dökümantasyon ve kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyi sağlayan evraklar verilecektir.
13. Teklif veren firmalar 3 adet numune ve katolog vereceklerdir.
14. Teknik Şartnamenin bütün maddeleri; yazılı olarak birebir cevaplanarak, Teknik Şartnameye uygun oldukları dokümanlarla belgelendirilecektir.
15. Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar malzeme ismi belirtilerek teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kâğıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak ihale dosyası üzerinde ilk sayfada görülebilecek şekilde konulmalıdır.
16. Teknik Şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.
17. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firma teklifleri ret edilecektir.

7-STERİLİZASYON RULOSU 10 CM X 200 M ŞARTNAMESİ

1. Sterilizasyon ruloları 10 cm eninde ve maksimum 200 mt. Ihtiva eden rulolar halinde olacaktır.
2. Sterilizasyon rulosu, sterilizasyon işlemi sırasında gazın yada buharın kolayca penetre olmasını sağlayacaktır, depolama sırasında ise bakterilere karşı bariyer sağlayabilecek özellikte olacaktır.
3. Üzerinde buhar ve E.O gaz sterilizasyonuna girdiğini renk değiştirerek gösteren kimyasal indikatörler bulunacaktır.
4. Ruloların bir tarafı kağıt, diğer taraf polyetilen, polyanit vs. Şeffaf film tabakasından olacaktır.
5. Temiz açılır, açılma esnasında kağıttan partikül koparmamalıdır
6. Kağıt en az 70 gr/m2 ağırlığında medikal kraft kağıttan imal edilmiş olmalıdır.

Doç. Dr. Adalet ÇELEBİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.D.
Dip. Tes. No.: 34886

Prof. Dr. Fethi ATIL
Dekan

7. Şeffaf film en az 5 katlı olmalıdır ve akredite bir kurumdan veya üniversiteden 5 kat olduğuna dair alınmış test raporları dosyada bulunmalıdır.
8. Firmalar teklif ettikleri malzemelerin teknik broşürü ile birlikte her bir kalem için en az 5 metre numune vereceklerdir.
9. Rulo kağıtların kenarları, malzeme konulduğunda ve otaklavdan çıktığında hiçbir şekilde açılmayacak ve ağır malzemelere dirençli olacaktır.
10. Rulolar belirli standartlara göre imal edilmiş olmalı üzerine de hangi standarta göre imal edildiği yazmalıdır. (BS-DIN-TSE vs).
11. Sterilizasyon poşetinin miadı en az 5 yıl olmalı ve steril bariyer özelliği koruduğunu gösterir sızdırmazlık testi analiz raporu olmalıdır.
12. Sterilizasyon poşetinin üzerinde bulunan işlem indikatörlerinin özelliğini koruduğuna dair analiz test raporu olmalı ve belgelendirilmelidir.
13. Tüm kapatma makineleri ile kolaylıkla yapıştırılabilmelidir.
14. Sterilizasyon ruloları üzerindeki işlem indikatörlerinin İSO 11140 raporu bulunmalıdır.
15. Ürüne ait ISO 11607 onaylanmış belgesi ihale dosyasında olacaktır.
16. Teknik Şartnamenin bütün maddeleri; yazılı olarak birebir cevaplanarak, Teknik Şartname'ye uygun oldukları dökümanlarla belgelendirilecektir.
17. Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar malzeme ismi belirtilerek teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak ihale dosyası üzerinde ilk sayfada görülebilecek şekilde konulmalıdır.
18. Teknik Şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.
19. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firma teklifleri ret edilecektir.

8- STERİLİZASYON RULOSU 7,5 X 200 CM ŞARTNAMESİ

1. Sterilizasyon ruloları 7,5 cm eninde ve maksimum 200 mt. Ihtiva eden rulolar halinde olacaktır.
2. Sterilizasyon rulosu, sterilizasyon işlemi sırasında gazın ya da buharın kolayca penetre olmasını sağlayacaktır, depolama sırasında ise bakterilere karşı bariyer sağlayabilecek özellikte olacaktır.
3. Üzerinde buhar ve E.O gaz sterilizasyonuna girdiğini renk değiştirerek gösteren kimyasal indikatörler bulunacaktır.
4. Ruloların bir tarafı kağıt, diğer taraf polyetilen, polyanit vs. Şeffaf film tabakasından olacaktır.
5. Temiz açılır, açılma esnasında kağıttan partikül koparmamalıdır
6. Kağıt en az 70 gr/m2 ağırlığında medikal kraft kağıttan imal edilmiş olmalıdır.
7. Şefaf film en az 5 katlı olmalıdır ve akredite bir kurumdan veya üniversiteden 5 kat olduğuna dair alınmış test raporları dosyada bulunmalıdır.
8. Firmalar teklif ettikleri malzemelerin teknik broşürü ile birlikte her bir kalem için en az 5 metre numune vereceklerdir.

Doç. Dr. Adalet ÇELEBİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.D.
Hip. Tes. No.: 34886

Prof. Dr. Fethi ATIL
Dekan

9. Rulo kağıtların kenarları, malzeme konulduğunda ve otaklavdan çıktığında hiçbir şekilde açılmayacak ve ağır malzemelere dirençli olacaktır.
10. Rulolar belirli standartlara göre imal edilmiş olmalı üzerine de hangi standarta göre imal edildiği yazmalıdır. (BS-DIN-TSE vs).
11. Sterilizasyon poşetinin miadı en az 5 yıl olmalı ve steril bariyer özelliği koruduğunu gösterir sızdırmazlık testi analiz raporu olmalıdır.
12. Sterilizasyon poşetinin üzerinde bulunan işlem indikatörlerinin özelliğini koruduğuna dair analiz test raporu olmalı ve belgelendirilmelidir.
13. Tüm kapatma makineleri ile kolaylıkla yapıştırılabilmelidir.
14. Sterilizasyon ruloları üzerindeki işlem indikatörlerinin İSO 11140 raporu bulunmalıdır.
15. Ürüne ait ISO 11607 onaylanmış belgesi ihale dosyasında olacaktır.
16. Teknik Şartnamenin bütün maddeleri; yazılı olarak birebir cevaplanarak, Teknik Şartname'ye uygun oldukları dökümanlarla belgelendirilecektir.
17. Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar malzeme ismi belirtilerek teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak ihale dosyası üzerinde ilk sayfada görülebilecek şekilde konulmalıdır.
18. Teknik Şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.
19. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firma teklifleri ret edilecektir.

9- KAPAMA CİHAZI TEST İNDİKATÖRÜ ŞARTNAMESİ

1. Sterilizasyon poşetlerinde kağıt ile film arasına yerleştirilen ve kapatıldıktan sonra mühürleme işleminin kalitesini gösteren bir indikatör olmalıdır.
2. Düşük kapama gücü, düşük kapama ısısı ve kapatmanın kesintiye uğraması gibi bilgileri sağlamalıdır.
3. ISO 11607-2 ve EN 868-3 standartlarına göre üretilmiş olmalıdır.
4. İndikatör rengi siyah olmalı ve mühürleme işleminden sonra eğer bir sıkıntı varsa siyah renk üzerinde renk açıklığı ile net bir şekilde sonuç vermelidir.
5. İndikatör kağıdı 60gr/m2 medikal kağıt ve indikatör de su bazlı,solvent ve ağır metal içermeyen kimyasala sahip olmalıdır.
6. Kapama cihazlarını test etmek ve sonrasında da dokümante edebilmek için üzerinde işlemin yapıldığı yer, işlemi yapan kişi, işlemin yapıldığı tarih ve işlemin geçerli yada geçersiz olduğunun yazılabileceği bilgiler olmalıdır.
7. İndikatör üzerinde referans numarası, üretim tarihi ve lot numarası belirtilmelidir.

Doç. Dr. Adalet ÇELEBİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.D.
Diş. Tes. No.: 34886

Prof. Dr. Fethi ATIL
Dekan