

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

03/04/2024

İlan No : 2024-04-1299
İstem No : 74212
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : CİHAZ BAKIM ONARIM

AR

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 15/04/2024 10:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1 | BAKIM VE ONARIM, CİHAZ | 1 | Adet | | | | | |

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi; kullanılan bakım onarım hizmeti alınacaktır..

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin verilmesi,
- 4- Bakım ve Onarım için teklif verilecek cihaza / sisteme ait varsa Yetkili Servis Belgesi,
- 5- Teknik Servis yeterlilik belgesi
- 6- Sadece gerçek ve tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili varsa özel bir hakka sahip olduğunu gösterir **marka tescil** Belgesinin veya **tek yetkili** belgesinin teklif tarihi itibarıyla geçerli olan asıl yada noter tasdikli suretlerinin verilmesi,
- 7-Tamir edilecek cihaz / sistem teklif verilmeden önce, arıza tespiti yapılarak teklif verilecektir.
- 8-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 9-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 10-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 11-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 11-Cihaz / cihazlar ilgili firma yetkilisi tarafından teslim edilecektir. İdarenin bilgisi ve izni dışında Kargo ile yapılan teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 12- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



| | | |
|------------------------|---|------------------|
| Arızayı Bildiren Bölüm | Cihaz : Otoklav Cihazı ✓ Marka : Belimed ✓ Model : 6-6-12 ✓ Seri No: 13842 ✓ Demirbaş No: 253.3.6/21/1987 ✓ | |
| Sterilizasyon Ünitesi | Garantili | Bakım Sözleşmeli |
| | Var [] Yok [X] | Var [X] Yok [] |
| Tarih: 18/03/2024 | Var [] Yok [X] | Var [X] Yok [] |

Arıza Özeti : Cihazın vakum motoru arızalıdır. İlgili firma tarafından onarımı yapılması gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:
1 Adet otoklav vakum motoru onarımı ✓
Doğrudan tüketim ✓
Yedek parça fiyat listesi yoktur ✓

| Teknik Servis Personeli | Birim Sorumlusu | Onay |
|---|---|---|
|  Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker |  Ayhan DİKMEN Mersin Üniversitesi Hastanesi Teknisyen |  Evren DEĞİRMENCI |

Açıklama :