

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME  
TEKLİF İSTEME FORMU

03/04/2024

İlan No : 2024-04-1334  
İstem No : 74245  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis  
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

AE

Talep Edilen Hasta :

**Son Teslim Tarihi & Saat : 15/04/2024 10:00:00**

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KABLO, ARA BAĞLANTI, KOTER PLAĞI, REUSABLE, ERBE CİHAZ UYUMLU	2	Adet					
2	KOTER PLAĞI, REUSABLE, ERBE CİHAZ UYUMLU	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
  - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
  - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
  - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
  - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
  - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
  - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
  - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
  - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.



T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Başmüdürlüğü  
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : Koter Cihazı Marka : ERBE Model : VIO 200D Seri No:A5689 Demirbaş No:253.3.5/14/21539
Endoskopi Ünitesi	Garantili Bakım Sözleşmeli
Tarih:18/03/2024	Var [ ] Yok [X] Var [ ] Yok [X]

Arıza Özeti : Cihaz yakma kesme işlemini yapmamaktadır. Yapılan kontrolünde reusable plak ve ara kablolarının arızalı olduğu tespit edilmiştir. Onarımları mümkün olmadığından yenileri ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:  
2 Adet reusable plak  
2 Adet reusable plak ara kablosu  
Doğrudan tüketim  
Yedek parça fiyat listesi yoktur

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 Ayhan DİLMEN Mersin Üniversitesi Hastanesi Tekniker	 Evren DEĞİRMENCI

Açıklama :	
------------	--

REUSABLE KOTER PLAĐI VE ARA KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ (Erbe Cihaza Uyumlu)

- 1-Plak ve ara kablo ERBE marka VİO 200 D model koter cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Malzemeler orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3-Malzemeler reusable(çok kullanımlık) olmalıdır.
- 4-Malzemeler cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir.
- 5-Plađın dıř yūzeyi kısa devre ve hastayı elektrik arpmasına karřın korumalı olmalıdır.

Kayhan DİKMEN  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Teknisyen

Selman ÜNAL  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Biyomedikal Tekniker

Kayhan DİKMEN  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Teknisyen

## CİHAZ BİLGİ FORMU

Bulunduğu Bölüm	ENDOSKOPI ÜNİTESİ
Cihaz Adı	ELEKTROKOTER CİHAZI
Marka	ERBE
Model	VİO 200 D
Seri Numarası	A5689
Demirbaş Numarası	253.3.5/14/21539
Alım Tarihi	14
Cihaz Çalışır Durumdamı ?	EYET ( X ) HAYIR ( )
Cihazın Kullanım Amacı	ENDOSKOP KOLONOSKOP İŞLEMİ SIRASINDA BİYOPSİ YAPILMADA YAKMA VE KESME İŞLEMİNİ YAPMADA KULLANILMAKTADIR.
Garanti Bilgileri	YOK
Bakım Sözleşmesi Yapılan Firma	

### Cihaz Geçmiş Bilgileri

CİHAZA 2022 YILINDA KULLANILMAK ÜZERE ALINAN KABLO VE PLAK KULLANIM MİYADINI DOLDURMUŞTUR. TAMİRLERİ MÜMKÜN OLMADIĞINDAN VE HASTA SAĞLIĞI AÇISINDAN KABLO VE PLAKLARIN YENİLERİNİN TEMİNİ GEREKMEKTEDİR.