

**T.C.**  
**MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**  
**DÖNER SERMAYE İŞLETME**  
**TEKLİF İSTEME FORMU**

05/04/2024

İlan No : 2024-03-1208  
İstem No : 74342  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Diş Hastalıkları(Genel) / Diş Hastalıkları(Genel)  
Konu : YIKAMA CİHAZI İÇİN YAĞLAMA SİSTEMİ ALIMI

GT

Talep Edilen Hasta :

**Son Teslim Tarihi & Saat : 15/04/2024 10:00:00**

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	YAĞLAMA SİSTEMİ, YIKAMA CİHAZI İÇİN	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR  
Hastane Müdürü

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

2. Kez İlara Çukur

## YIKAMA CİHAZI YAĞLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Eryiğit marka model cihaza uyumlu olmalıdır.
2. Sistem; şamandıra, dozajlama pompası, flowmetre ve hortumu, sistemin kablolanması ile yazılımını kapsamaktadır. Sistem doğru Yağı, doğru Noktaya, doğru Miktarda ve doğru zamanda vermelidir.
3. Yıkama işleminden sonra, sistem seçilecek program tarafından yağlanacak malzemeleri, korozyondan ve dış etkenlerden korumalıdır.
4. Tıbbi aletlerin yüzeyine uygulanacak şekilde programlanmalıdır. Malzeme üzerinde ince bir film tabakası oluşturarak, korozyon inhibisyonunu sağlamalıdır. Hiçbir şekilde kalıntı bırakmamalıdır.
5. Cihaza müdahale yapacak firma üretici firmanın direktiflerine uymalıdır. Sistemi teklif eden firma kurulumunu yapıp sistem dahilindeki tüm bileşenleri aktif ettikten sonra sistem garantisi başlamalıdır.

**Prof. Dr. Fethi ATIL**  
Dekan

**Doç. Dr. Adalet ÇELEBİ**  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.D.  
Dip. Tes. No.: 34886