

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

04/04/2024

İlan No : 2024-03-1226
İstem No : 74366
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : ASKI ELEMANI ALIMI

AA

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 15/04/2024 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ASKI ELEMANI	6	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdürü

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

2.Kez İlanı Çıkmıştır.

Hasta başı Monitör Askı Aparatı Teknik Şartnamesi

- Sehpa parçaları alüminyum malzemeden üretilmiştir ve eloksal kaplamalıdır.
- Monitör, duvar rayı üzerinde, aşağı-yukarı hareket ettirilebilir ve istenilen konumda sabitlenebilir.
- Monitör, kendi eksenini etrafında 360 derece döndürülebilir ve öne- arkaya beşik hareketi yapabilir.
- Monitör, monitör sehpasından kolay sökülüp takılabilir özelliktedir.
- Monitör sehpa en az 30 kg taşıma kapasitesine sahiptir.
- Duvar bağlantı rayında en az 6 adet montaj için vida yuvası bulunmaktadır.
- Duvar rayında civata görüntü kirliliğini önleyen ve hijyenik ortamın korunmasını sağlayan plastik kapaklar mevcuttur.
- Duvar bağlantı rayında, monitör taşıyıcı konsolun düşmesini önleyen durdurucu (stopper) civataları bulunmaktadır.
- Tel Sepet PE (Polietilen) kaplamalıdır.
- Tel sepet istenildiğinde değiştirilebilir.
- Ürünün tamamı demonte edilebilir özelliktedir.
- Taşıma kapasitesini gösteren yapısal analiz raporları bulunmaktadır.
- Monitörün takılması gereken alt tabla askı aparatının yanında olması gereklidir.
- Ürün sipariş geçilmeden önce ilgili firmanın ürün bilgilerini ve fotoğraflarını tarafımıza paylaşması gereklidir.

Nurettin DİNÇER
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker

Kayhan DİKMEN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Tekniker