

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

06/08/2024

İlan No : 2024-08-2870
İstem No : 76248
Alım No :
Talep Eden Birim : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Çocuk Sağlığı ve Hast.Servisi
Konu : DİJİTAL HASSAS TERAZİ ALIMI

FB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 08/08/2024 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DİJİTAL TERAZİ, HASSAS	4	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdürü

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

DİJİTAL TERAZİ, HASSAS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihazın tartı kapasitesi 400-500 gr aralığında olmalıdır.
2. Cihazın hassasiyeti 1 mg olmalıdır.
3. Cihazın tekrarlanabilirliği 1 mg olmalıdır.
4. Cihazın doğrusallığı ± 2 mg olmalıdır.
5. Cihazın optimum çalışma aralığı 0.82 – 500 gr aralığında olmalıdır.
6. Cihazın stabilizasyon süresi 2 saniyeden fazla olmamalıdır.
7. Cihazın hassasiyet sapması maksimum 3 ppm/°C olmalıdır.
8. Cihaz g, kg, oz birimlerinde tartım yapabilmelidir.
9. Cihazda şarj edilebilir akü ve AC adaptöre sahip olmalıdır.
10. Cihaz üzerinde teraziyi açma/kapama, sıfırlama tuşu, tara alma tuşu, tuşu bulunmalıdır
11. Cihaz arkadan aydınlatmalı LCD ekrana sahip olmalıdır.
12. Cihazın aşırı yüke karşı koruması olmalıdır.
13. Cihaz dahili kalibrasyon kütesine sahip olmalı ayrıca otomatik kalibrasyon özelliği taşımaktadır.
14. Cihazın kalibrasyonu harici kütlelerle gerçekleştirilebilmelidir.
15. Cihaz 10°C ile 30°C sıcaklık aralığında çalışmaya uygun olmalıdır.
16. Alınacak cihaz teslim itibaren iki (2) yıl süreyle imalat hatalarına karşı üretici/satıcı firma garantisinde olmalıdır.

Doç. Dr. Özlem TEZOL
MEÜ Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Diploma No: 12044 Tescil No: 141309

Prof. Dr. Ali DELİBAŞI
Mersin Üniversitesi Hastane
Çocuk Sağlığı ve Hast. Çocuk Nörolojisi Uzmanı

Kayhan DİKMEN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Teknisyen