

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

24/10/2024

İlan No : 2024-10-3907
İstem No : 77530
Alım No :
Talep Eden Birim : Kadın Hastalıkları ve Doğum / Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 30/10/2024 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ELDİVEN, CERRAHİ, STERİL, PUDRASIZ, LATEX İÇERMEYEN, NO:7.5	1000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad.Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

BÜNYAMİN GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

LATEKS İÇERMEYEN ANTİALERJİK STERİL CERRAHİ ELDİVEN

1. Eldiven TİP I lateks alerjisine karşı lateks ve pudra içermeyecek şekilde imal edilmiş olmalıdır.
2. Eldiven esneklik ve dayanıklılık amacıyla neopren malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Eldiven ameliyat esnasında alerjisi olan personeli belirtmek amacıyla standart eldiven renginden farklı olarak yeşil renkte üretilmiş olmalıdır.
4. Eldivenin uzunluğu elin tamamını ve bilek kısmını kapatması için en az 300 mm, parmak ucu kalınlığı en fazla 0,200 mm, avuç içi kalınlığı ise en fazla 0,180 mm olmalıdır. Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açılmalı, esneme özelliği olmalı, açarken yırtılmamalıdır.
5. Eldiven antialerjik olmalıdır. Eldiven, kullanıcılarda TİP IV hızlandırıcı kimyasallara karşı da alerji riskini önlemesi amacıyla Thiuram, MBT ve DPG hızlandırıcı kimyasalları içermemelidir. Bu hususu karşıladığına dair akredite bir laboratuvarından alınmış test raporu ihale dosyasında sunulmalıdır.
6. Eldivenin sağlamlığının ve esnekliğinin değerlendirilmesi açısından kopma kuvveti yaşlandırma öncesi ve sonrası en az 13N olmalıdır.
7. Eldiven EN 455/1-2-3-4, EN 374/1-2-3, EN 420 ve EN 388 standartlarına uygun şekilde üretilmiş olmalıdır. Eldiven Kişisel Koruma Sınıfı (PPE) Kategori 3 CE sertifikasyonuna sahip olmalıdır. Bu standartları karşıladığına dair belgeler ihale dosyasında sunulmalıdır.
8. Eldivenin üretim sonrasında, üzerindeki delik oranının testi açısından AQL seviyesi en fazla 0,65 olmalıdır.
9. Eldiven Gamma irradiation metodu ile steril edilmiş olmalıdır.
10. Eldiven dış paketinde, ıslandığında ve kullanım da çabuk deformasyon oluşmaması ve sterilliğinin zarar görmemesi amacıyla paketin her iki yüzü de polietilen materyalden üretilmiş olmalıdır.
11. Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, eldivenler pakete (sağ-sol) ters konmamalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Şevki Göksun GÖKULU
T.C. Sağlık Bakanlığı
ve Uygulama Merkezi
İnkatolojik Onkolojik Cerrahi Uzm.
Dip. Tes. No: 110066

Prof. Dr. Faik Çakır YAZICI
T.C. Sağlık Bakanlığı
Uygulama Merkezi ve
Kadın Hast. ve Doğum
Dip. Tes. No: 83970